Dokumentets namn:			
Instruktion_Udskiftning av DAP			
Sida: 1 (1)	Datum: 2025-04-28	Dokument version: 1	Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.

www.medicalcare.se

Instruktion for udskiftning af DAP.

Udskiftningen foregår på følgende måde

1. I kontakter jeres leverandør (Medical Care System eller en af vores distributører) og afgiver en ordre på en BYTTE-DAP. (Ikke at forveksle med en helt NY DAP, som er dyrere.) De aktuelle artikelnumre findes i produktbladene på vores hjemmeside eller hos vores distributører.
2. I angiver det aktuelle artikelnummer for en BYTTE-DAP på ordren og samtidig det unikke løbenummer, som den aktuelle DAP-beholder har. (se punkt 6 nedenfor)
3. Vi sender en BYTTE-DAP til jer eller via vores distributør, så I modtager en ny, inden I returnerer den gamle.
4. I returnerer den udskiftede DAP til os i den samme emballage, som vi har sendt. I står for forsendelsesomkostningerne. Hvis emballagen bortkommer, forbeholder vi os retten til at fakturere jer for den.

Identifikation af behov for udskiftning

5. Produktet kan skulle udskiftes primært af to grunde*
    a. DAP er aktiveret og helt eller delvist brugt. Bemærk, at DAP er et engangsprodukt og må ikke gemmes og anvendes flere gange. (opdages via jeres egen hændelses- eller ulykkesrapportering)
    b. DAP's "bedst før"-dato nærmer sig. (opdages enten via egne sikkerhedsrunder eller påmindelse direkte fra os eller jeres distributør**)

Identifikation af aktuel DAP

6. I identificerer den aktuelle DAP via løbenummeret, som findes øverst på DAP, se eksempel nedenfor

Eksempel Diphoterine DAP
Løbenummer DAP (Nr 220)

Udløbsdato 10/12/2015
LOT nummer: LOT D931207A

* Der kan naturligvis være flere årsager, f.eks. hvis DAP-beholderen er blevet beskadiget, og funktionen mistænkes for at være påvirket. I så fald bedes I kontakte os.

** Medical Care System har et register over alle DAP'er, hvilket gør, at vi kan påminde vores kunder, når det er tid til at udskifte DAP på grund af udløbsdato. Vi sender en påmindelse via e-mail til jer eller via vores distributør cirka en måned før DAP passerer udløbsdatoen. Det er derfor en god idé at give os kontaktoplysninger på en eller flere kontaktpersoner i god tid.